



HELAGO-CZ, s.r.o.
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci
Králové
oddíl C, vložka 17879
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961
Tel: 495 220 229, 495 220 394
GSM brána: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: <http://www.helago-cz.cz>

**BioTectum 1.2 ver. BR - laminární box,
biohazard II. třídy**

Objednací kód: **1504.95500120015**



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Množstevní jednotka

ks

- vnitřní komora a pracovní plocha z nerez oceli AISI 316L
- 3 EC ventilátory nabízejí několik výhod oproti tradičním AC ventilátorům, větší energetická účinnost, nižší hladina hluku, delší životnost a snadnější ovládání
- autodiagnostický systém, vizuální i akustický alarm v případě odchylky od požadovaných parametrů
- teplotní čidlo uvnitř komory (signalizace překročení teploty)
- UV lampa 30W v horní přední části pracovního prostoru; ochrana proti zapnutí UV lampy při provozu se zvednutým čelním sklem

- LED osvětlení s možností nastavení intenzity 800-1700 lx
- vnitřní komora se zaoblenými hranami pro minimalizaci rizika kontaminace
- 3 dílná pracovní plocha, loketní opěrka po celé délce pracovní plochy
- vnější plášť z lakovaného ocelového plechu, boční stěny se skleněnými okny
- stojan s kolečky a nivelačními nožkami
- ovládací panel s reálným časem
- komunikační protokol MODBUS RTU pro vzdálenou diagnostiku boxu
- USB koncovka pro aktualizaci softwaru
- 3 elektrické zásuvky (2 vlevo, 1 vpravo)
- Port pro DOP test HEPA filtrů
- čelní okno z tvrzeného bezpečnostního skla, nepropustné pro UV záření, ovládání pomocí tlačítek na ovládacím panelu